

Протокол № 126А

измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

от 28 сентября 2017 г.

на 1 стр. в 2-х экземплярах

- 1. Наименование Заказчика и адрес:** Администрация муниципального образования г.Братска, адрес: 665708, Иркутская обл., г.Братск, пр.Ленина, 37
- 2. Объект контроля:** Атмосферный воздух г. Братска
- 3. Место отбора пробы, адрес:** г.Братск, 23 мкр., ул. Рябикова, 55
- 4. Номер пробы:** 126А
- 5. Дата отбора пробы:** 28 сентября 2017 г.
- 6. Интервал отбора пробы:** 17:33 - 18:03

Для веществ, определяемых в условиях лаборатории	Дата	Время
поступление проб(ы) в лабораторию	29.09.2017 г.	9:00
выполнение измерений	29.09.2017 г.	10:00

7. Результат измерений:

№ п/п	Определяемые вещества	ед.изм.	Результаты измерений	ПДК, мг/м ³ , м.р.	Отношение значения к ПДК, м.р.	НД на методы испытаний	
в автоматическом режиме							
1	Углерод оксид (CO)	мг/м ³	4,388	5,000	0,878	Руководство по эксплуатации газоанализатора Т300U	
2	Сера диоксид (SO ₂)	мг/м ³	0,0063	0,5000	0,0126	Руководство по эксплуатации газоанализатора Т101	
3	Дигидросульфид (H ₂ S)	мг/м ³	0,0035	0,0080	0,4375		
4	Оксиды азота (NOx)	мг/м ³	0,016				
5	Азот II оксид (NO)	мг/м ³	0,013	0,400	0,033	Руководство по эксплуатации газоанализатора Т200	
6	Азота диоксид (NO ₂)	мг/м ³	0,003	0,200	0,015		
7	Формальдегид (CH ₂ O)	мг/м ³	< 0,05	0,05	-	Руководство по эксплуатации измерительного комплекса ФОРТ-301	
8	Бензол	мг/м ³	< 0,10	0,300	-	МВИ ОАО «Лига» Методика измерений массовой концентрации фенола, бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии с отбором пробы на твердый сорбент и термодесорбцией УФКВ 08.0001.МВИ-2014 Св-во об аттест. №535/242-(01.00250)-2014 (ФР.1.31.2014.18203)	
9	Толуол	мг/м ³	< 0,20	0,600	-		
10	П-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-		
11	О-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-		
12	Этилбензол	мг/м ³	< 0,010	0,020	-		
13	Фенол	мг/м ³	< 0,0050	0,008	-		
в лаборатории							
14	Фтористый водород	мг/м ³	< 0,002	0,02	-		РД 52.04.797-2014

8. Метеорологические параметры, определенные при отборе пробы:

1	Температура воздуха, °С	5,1
2	Относительная влажность, %	61,9
3	Атмосферное давление, мм рт.ст.	722,7
4	Скорость ветра, м/с	0,6
5	Направление ветра, (°)	Ю-З (219)
6	Интенсивность осадков, мм/ч	0,0
7	Ориентация поста по сторонам света, (°)	С-З (330,6)
8	Температура внутри поста, °С	20,7
9	Относительная влажность внутри поста, %	2

9. Наименование лаборатории, куда доставляется проба:

Испытательная лаборатория (центр)

Дополнительные сведения: Средства измерений, испытаний и контроля

Организация, проводившая аттестацию (поверку): ФГУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний по Иркутской области" Братский филиал

Наименование СИ, ИО, заводской номер	№ аттестата или свидетельства о поверке	Периодичность аттестации или поверки	Дата последней аттестации (№ протокола) или
Проботворник воздуха автоматический "ОП-442ТЦ". Зав.№22240-4-12	Св-во о поверке №556-2699	1 раз в год	06.12.2016 г.
Метеостанция автоматическая WXT520. Зав.№Н1770012	Св-во о поверке №2551/25073-2016	1 раз в год	23.12.2016 г.
Газоанализатор "Т300U". Зав.№ 106	Св-во о поверке №556-2701	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "Т200". Зав.№ 581	Св-во о поверке №556-2702	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "Т101". Зав.№ 126	Св-во о поверке №556-2700	1 раз в год	06.12.2016 г.
Комплекс измерительный "ФОРТ-301". Зав.№29-1-13	Св-во о поверке №556-2703	1 раз в год	06.12.2016 г.
Спектрофотометр UV-1800. Зав.№А11635070556	Св-во о поверке №577-1821	1 раз в год	07.12.2016 г.
Хроматограф газовый "Syntech Spectras GC 955-604". Зав.№ 2769	Св-во о поверке №556-2704	1 раз в год	06.12.2016 г.
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М. Зав.№31747	Св-во о поверке №135-367	1 раз в год	29.03.2017 г.
Пост экологический передвижной ПЭП-1-1М, зав.№084.	Св-во о поверке №556-2705	1 раз в год	06.12.2016 г.

Научный руководитель лаборатории

А.Д.Синегибская

Заведующий лабораторией

Т.А.Донская