

Протокол № 158А
 измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
 от 31 октября 2017 г.

на 1 стр. в 2-х экземплярах

1. **Наименование Заказчика и адрес:** Администрация муниципального образования г.Братска, адрес: 665708, Иркутская обл., г.Братск, пр.Ленина, 37
2. **Объект контроля:** Атмосферный воздух г. Братска
3. **Место отбора пробы, адрес:** г. Братск, 16 мкр., ул.Южная, 99
4. **Номер пробы:** 158А
5. **Дата отбора пробы:** 31 октября 2017 г.
6. **Интервал отбора пробы:** 16.41 - 17.11

Для веществ, определяемых в условиях лаборатории	Дата	Время
поступление проб(ы) в лабораторию	01.11.2017 г.	9:00
выполнение измерений	01.11.2017 г.	10:00

7. Результат измерений:

№ п/п	Определяемые вещества	ед.изм.	Результаты измерений	ПДК, мг/м ³ , м.р.	Отношение значения к ПДК, м.р.	НД на методы испытаний
в автоматическом режиме						
1	Углерод оксид (CO)	мг/м ³	0,685	5,000	0,137	Руководство по эксплуатации газоанализатора T300U
2	Сера диоксид (SO ₂)	мг/м ³	0,0165	0,5000	0,0330	Руководство по эксплуатации газоанализатора T101
3	Дигидросульфид (H ₂ S)	мг/м ³	0,0034	0,0080	0,425	
4	Оксиды азота (NOx)	мг/м ³	0,024			
5	Азот II оксид (NO)	мг/м ³	0,018	0,400	0,045	Руководство по эксплуатации газоанализатора T200
6	Азота диоксид (NO ₂)	мг/м ³	0,006	0,200	0,030	
7	Формальдегид (CH ₂ O)	мг/м ³	< 0,05	0,05	-	Руководство по эксплуатации измерительного комплекса ФОРТ-301
8	Бензол	мг/м ³	< 0,10	0,300	-	МВИ ОАО «Лига» Методика измерений массовой концентрации фенола, бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии с отбором пробы на твердый сорбент и термодесорбцией УФКВ 08.0001.МВИ-2014 Св-во об аттест.№535/242-(01.00250)-2014 (ФР.1.31.2014.18203)
9	Толуол	мг/м ³	< 0,20	0,600	-	
10	П-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-	
11	О-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-	
12	Этилбензол	мг/м ³	< 0,010	0,020	-	
13	Фенол	мг/м ³	< 0,0050	0,008	-	
в лаборатории						
14	Фтористый водород	мг/м ³	< 0,002	0,02	-	РД 52.04.797-2014

8. Метеорологические параметры, определенные при отборе пробы:

1	Температура воздуха, °С	-5,1
2	Относительная влажность, %	61,2
3	Атмосферное давление, мм рт.ст.	727,5
4	Скорость ветра, м/с	1,1
5	Направление ветра, (°)	С-З (307)
6	Интенсивность осадков, мм/ч	0,0
7	Ориентация поста по сторонам света, (°)	С-З (318,8)
8	Температура внутри поста, °С	18,5
9	Относительная влажность внутри поста, %	27

9. Наименование лаборатории, куда доставляется проба:

Испытательная лаборатория (центр)

Дополнительные сведения: Средства измерений, испытаний и контроля

Организация, проводившая аттестацию (поверку): ФГУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний по Иркутской области" Братский филиал

Наименование СИ, ИО, заводской номер	№ аттестата или свидетельства о поверке	Периодичность аттестации или поверки	Дата последней аттестации (№ протокола) или
Пробоотборник воздуха автоматический "ОП-442ПЦ" Зав.№2240-4-12	Св-во о поверке №556-2699	1 раз в год	06.12.2016 г.
Метеостанция автоматическая WXT520. Зав.№Н1770012	Св-во о поверке №2551/25073-2016	1 раз в год	23.12.2016 г.
Газоанализатор "T300U" Зав.№ 106	Св-во о поверке №556-2701	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "T200" Зав. № 581	Св-во о поверке №556-2702	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "T101" Зав.№ 126	Св-во о поверке №556-2700	1 раз в год	06.12.2016 г.
Комплекс измерительный "ФОРТ-301" Зав.№29	Св-во о поверке №556-2703	1 раз в год	06.12.2016 г.
Спектрофотометр UV-1800. Зав.№А163507055	Св-во о поверке №577-1821	1 раз в год	07.12.2016 г.
Хроматограф газовый "SynTech Spectras GC 985-604" Зав.№ 2769	Св-во о поверке №556-2704	1 раз в год	06.12.2016 г.
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М Зав.№31747	Св-во о поверке №135-367	1 раз в год	29.03.2017 г.
Пост экологический передвижной ЛЭП-1.М. Зав.№1	Св-во о поверке №556-2705	1 раз в год	06.12.2016 г.

Научный руководитель лаборатории

А.Д.Синегибская

Заведующий лабораторией

Т.А.Донская