

Протокол № 212А
 измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
 от 24 ноября 2017 г.

на 1 стр. в 2-х экземплярах

- 1. Наименование Заказчика и адрес:** Администрация муниципального образования г. Братска, адрес: 665708, Иркутская обл., г. Братск, пр. Ленина, 37
- 2. Объект контроля:** Атмосферный воздух г. Братска
- 3. Место отбора пробы, адрес:** г. Братск, 27 мкр., ул. Нижняя, 17
- 4. Номер пробы:** 212А
- 5. Дата отбора пробы:** 24 ноября 2017 г.
- 6. Интервал отбора пробы:** 09:32 - 10:02

Для веществ, определяемых в условиях лаборатории	Дата	Время
поступление проб(ы) в лабораторию	24.11.2017 г.	12:00
выполнение измерений	24.11.2017 г.	14:00

7. Результат измерений:

№ п/п	Определяемые вещества	ед.изм.	Результаты измерений	ПДК, мг/м ³ , м.р.	Отношение значения к ПДК, м.р.	НД на методы испытаний
в автоматическом режиме						
1	Углерод оксид (CO)	мг/м ³	0,501	5,000	0,100	Руководство по эксплуатации газоанализатора T300U
2	Сера диоксид (SO ₂)	мг/м ³	0,0048	0,5000	0,0096	Руководство по эксплуатации газоанализатора T101
3	Дигидросульфид (H ₂ S)	мг/м ³	0,0014	0,0080	0,175	
4	Оксиды азота (NOx)	мг/м ³	0,019			
5	Азот II оксид (NO)	мг/м ³	0,013	0,400	0,033	Руководство по эксплуатации газоанализатора T200
6	Азота диоксид (NO ₂)	мг/м ³	0,006	0,200	0,030	
7	Формальдегид (CH ₂ O)	мг/м ³	< 0,05	0,05	-	Руководство по эксплуатации измерительного комплекса ФОРТ-301
8	Бензол	мг/м ³	< 0,10	0,300	-	МВИ ОАО «Лига»
9	Толуол	мг/м ³	< 0,20	0,600	-	Методика измерений массовой концентрации фенола, бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии с отбором пробы на твердый сорбент и термодесорбцией УФКВ 08.0001.МВИ-2014
10	П-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-	Св-во аттест. №535/242-(01.00250)-2014 (ФР.1.31.2014.18203)
11	О-ксилол	мг/м ³	< 0,050	0,300	-	
12	Этилбензол	мг/м ³	< 0,010	0,020	-	
13	Фенол	мг/м ³	< 0,0050	0,008	-	
в лаборатории						
14	Фтористый водород	мг/м ³	< 0,002	0,02	-	РД 52.04.797-2014

8. Метеорологические параметры, определенные при отборе пробы:

1	Температура воздуха, °С	-20,7
2	Относительная влажность, %	49,1
3	Атмосферное давление, мм рт.ст.	730,7
4	Скорость ветра, м/с	2,2
5	Направление ветра, (°)	С (359)
6	Интенсивность осадков, мм/ч	0,0
7	Ориентация поста по сторонам света, (°)	С-З (331,1)
8	Температура внутри поста, °С	16,8
9	Относительная влажность внутри поста, %	14

9. Наименование лаборатории, куда доставляется проба:

Испытательная лаборатория (центр)

Дополнительные сведения: Средства измерений, испытаний и контроля

Организация, проводившая аттестацию (поверку): ФГУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний по Иркутской области" Братский филиал

Наименование СИ, ИО, заводской номер	№ аттестата или свидетельства о поверке	Периодичность аттестации или поверки	Дата последней аттестации (№ протокола) или
Проботборник воздуха автоматический "ОП-442ПЦ". Зав. №2240-4-12	Св-во о поверке №556-2699	1 раз в год	06.12.2016 г.
Метеостанция автоматическая WXT520. Зав. №Н1770012	Св-во о поверке №2551/25073-2016	1 раз в год	23.12.2016 г.
Газоанализатор "T300U". Зав. № 106	Св-во о поверке №556-2701	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "T200". Зав. № 581	Св-во о поверке №556-2702	1 раз в год	06.12.2016 г.
Газоанализатор "T101". Зав. № 126	Св-во о поверке №556-2700	1 раз в год	06.12.2016 г.
Комплекс измерительный "ФОРТ-301". Зав. №29-Г-13	Св-во о поверке №556-2703	1 раз в год	06.12.2016 г.
Спектрофотометр UV-1800. Зав. №А11635070556	Св-во о поверке №577-1821	1 раз в год	07.12.2016 г.
Хроматограф газовый "Syntech Spectras GC 955-604". Зав. № 2769	Св-во о поверке №556-2704	1 раз в год	06.12.2016 г.
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М. Зав. №31747	Св-во о поверке №125-167	1 раз в год	29.03.2017 г.
Пост экологический передвижной ПЭП-11М. Зав. №84	Св-во о поверке №556-2705	1 раз в год	06.12.2016 г.

Научный руководитель лаборатории

А.Д.Синегибская

Заведующий лабораторией

Т.А.Донская